

- N. 3 Unità di controllo compatibili con entrambi i sistemi sopra descritti; portatili, silenziose, a basso voltaggio, con display in lingua italiana per le informazioni e per le regolazioni della temperatura (da 37°C a 40°C con incrementi di 1°C) con tasto di sicurezza per l'impostazione della temperatura e dotata di dispositivo di allarme termico di sovratemperatura a 43°C.

L'indagine conoscitiva ha fini per determinare il prezzo di mercato (non di listino). Le ditte in grado di fornire l'apparecchiatura richiesta sono invitate di dare riscontro alla presente, entro gg. 5 (lavorativi) dalla data di pubblicazione del presente avviso, al seguente indirizzo di posta elettronica: ufficioacquisti.ppartinico@asppalermo.org.

Il Coordinatore Amministrativo Esperto
(D.ssa E.M. La Corte)

Il Collaboratore Amministrativo Prof.le
(Sig. Costa)

Il Direttore dell'UOC Coordinamento Amministrativo
PO Civico Partinico
(Dr. Giuseppe Rinaldi)

