



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
Sede legale: Via G. Cusmano, 24 – 90141 PALERMO
C.F. e P. I.V.A.: 05841760829
DIPARTIMENTO RISORSE TECNOLOGICHE,
FINANZIARIE E STRUTTURALI
U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI

AVVISO CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO

Oggetto: Consultazione preliminare di mercato, indetta ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. n. 36/2023 – Fornitura di n. 1 (uno) sistema di nuova generazione Endo Video Compact multidisciplinare, comprensivo di strumentazione per utilizzo ambulatoriale, unità dedicata di elettrochirurgia e completamento dello strumentario per resettoscopia.

Questa Azienda Sanitaria ha la necessità di procedere alla fornitura di un sistema di nuova generazione Endo Video Compact multidisciplinare, comprensivo di relativa strumentazione per utilizzo ambulatoriale, di un'unità dedicata per elettrochirurgia e del completamento dello strumentario per resettoscopia, per le esigenze dell'U.O.S. Dip. Urologia del P.O. "Civico" di Partinico.

Il sistema e la relativa strumentazione devono avere le caratteristiche tecniche minime indicate **nell'Allegato 1** al presente avviso, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

A tal fine, questa Azienda Sanitaria intende consultare il mercato per lo svolgimento della relativa procedura, richiedendo un contributo tecnico agli operatori economici presenti nel mercato, anche al fine di determinare una congrua base d'asta.

In particolare, gli Operatori Economici possono inviare una email a provveditorato@asppalermo.org e carmelo.aiello@asppalermo.org del funzionario referente, **entro e non oltre il 07/10/2026**, avendo cura di indicare nell'oggetto "Consultazione preliminare di mercato – Fornitura sistema Endo Video Compact multidisciplinare per U.O.S. Dip. Urologia P.O. 'Civico' di Partinico", e di allegare la documentazione contenente le seguenti informazioni:

1. Il costo orientativo della fornitura in parola;
2. I migliori prezzi di aggiudicazione risultanti da procedure di gara esperite da altre Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere del territorio nazionale nell'ultimo triennio, se riferibili a forniture analoghe a quella richiesta da questa ASP;
3. Ogni altro elemento utile che possa essere valutato da questa Azienda Sanitaria per migliorare le attività oggetto della fornitura stessa, secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità e di risultato.

Tutti i prodotti dovranno essere conformi alla normativa nazionale e comunitaria vigenti in materia di produzione, importazione e immissione in commercio, nonché in materia di sicurezza in relazione agli utilizzi specifici cui il prodotto è destinato.

Si precisa che la presente consultazione ha scopo meramente esplorativo e, pertanto, qualunque dichiarazione formulata dagli operatori economici non vincola in alcun modo l'Amministrazione, che si



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
Sede legale: Via G. Cusmano, 24 – 90141 PALERMO
C.F. e P. I.V.A.: 05841760829
DIPARTIMENTO RISORSE TECNOLOGICHE,
FINANZIARIE E STRUTTURALI
U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI

riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato o di non procedere all'indizione della gara, senza che i soggetti partecipanti all'avviso possano vantare alcuna pretesa.

I dati raccolti con il presente avviso saranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, per le finalità connesse alla suddetta procedura.

Il RUP della presente procedura è la Dott.ssa Colomba Carlino. Per eventuali chiarimenti è possibile contattare il funzionario referente per la presente procedura, Avv. Carmelo Aiello, email carmelo.aiello@asppalermo.org tel. 0917033239

Il Collaboratore amministrativo
UOC Beni e Servizi Sanitari

Avv. Carmelo Aiello

Il Direttore
UOC Approvvigionamenti

Dott.ssa Colomba Carlino



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
Sede legale: Via G. Cusmano, 24 – 90141 PALERMO
C.F. e P. I.V.A.: 05841760829
DIPARTIMENTO RISORSE TECNOLOGICHE,
FINANZIARIE E STRUTTURALI
U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI

Allegato 1 – Consultazione preliminare di mercato – Fornitura di sistema Endo Video Compact multidisciplinare: caratteristiche tecniche.

N. 1 Sistema Video Endo Compact

- Pc schermo medico da 17,3” con 1,07 miliardi di colori a latenza molto bassa, con integrata sorgente luminosa a LED 60 W, testina video camera Full HD, sistema di registrazione e riproduzione video e foto;
- Schermo 4K, collegamento tramite cavo HDMI o VGA con monitor ausiliario;
- Sistema di registrazione su chiavetta USB per riportare video e foto su Pc ausiliario per l’integrazione di immagini su cartella clinica o referti;
- Pulsanti per una gestione facile e intuitiva, impostazioni speciali preimpostate e possibilità di memorizzare impostazioni individuali;
- Porte USB, archiviazione su dispositivo esterno, connessioni per cavo luce e testina videocamera;
- Pulsante di rilascio cavo porta luce prima della rimozione, manopola di regolazione dell’illuminazione;
- Dotato di: cavo porta luce diam. 3,5 mm, lungh. cm 300;
- Ottica HD2 diam. 4 mm, visione 30°, con raccordo di connessione, a cavo porta luce, a 90° rotante a 360°;
- Testina Full HD per uso con endoscopi rigidi e flessibili, con 2 pulsanti sulla testa personalizzabili;
- Testina a pendolino con connettore a passo C rotante a 360° e dispositivo di arresto;
- Pen drive per registrazione di foto e video;
- Valigetta di trasporto dedicata.

Parametri tecnici

- Dimensioni schermo 17,3” 4K – Risoluzione 1920x – Porte per monitor esterno HDMI;
- Fonte di luce integrata – Indice di resa cromatica RA>92 – Temperatura di colore 5.700K;
- Conformità alle direttive CE.

N. 1 Unità per elettrochirurgia

- Unità di ultima generazione dotata di dispositivi di sicurezza controllati da microprocessore, con tecnologia touch-screen;
- Circuito di uscita di tipo flottante, isolato da terra alle alte e basse frequenze e protetto contro l’uso del defibrillatore;
- Dotata di due uscite monopolari e due uscite bipolari, con possibilità di utilizzo multidisciplinare sia in endoscopia TUR, che in chirurgia open e laparo;



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
Sede legale: Via G. Cusmano, 24 – 90141 PALERMO
C.F. e P. I.V.A.: 05841760829
DIPARTIMENTO RISORSE TECNOLOGICHE,
FINANZIARIE E STRUTTURALI
U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI

- Allarmi ottici e acustici per malfunzionamento del sistema, con arresto dell'erogazione della corrente e segnalazione codice errore rilevato;
- Dotata di speciali correnti bipolari: corrente continua (indicata nelle patologie impegnative); corrente ad impulsi a bassa frequenza (approccio delicato sul tessuto); corrente ad impulsi ad alta frequenza (prelievi biotici a bassa temperatura di esercizio); corrente ad impulso singolo (patologie delicate e rischiose, massima precisione);
- Indicata per procedure con soluzione salina, con programmi dedicati a resettoscopi di vario calibro: 13/15 Fr. – 17.5/18.5 Fr. – 19/22 Fr. – 24/26 Fr – 27/28.5 Fr;
- Dotata di correnti pulsate per la riduzione del fumo durante l'utilizzo;
- Completa di pedale a doppio interruttore e cavo per piastre neutre monouso.

Strumentario endo-urologico

- N. 2 Cistoscopi rigidi Fr 21, composti da: camicia Fr 21 valva centrale atraumatica per ottica 4 mm, otturatore visivo, ponte operativo a 2 vie con gommini a tenuta stagna, ponte di Albarran a 2 vie;
- N. 2 Cistoscopi/Resettoscopi Fr 18,5 autodilatanti, composti da: camicia esterna Fr 18,5 forata in punta, camicia autodilatante con terminale a cono, camicia diagnostica Fr 4 lungh. 260 mm per ottica da 2,9 mm, camicia cistoscopica operativa con canale da 5 Fr e gommino a tenuta stagna, camicia resettoscopica interna, elemento operativo passivo mono/bipolare;
- N. 4 Resettori rotanti 24/26 Fr, composti da: camicia esterna forata in punta con 2 rubinetti Stopcocks Fr 26, camicia interna con punta in ceramica Fr 24, otturatore standard Fr 24, otturatore visuale con canale operativo da 5 Fr, adattatore per inserimento strumentario ottico, elemento operativo mono/bipolare a movimento passivo;
- N. 2 Sistemi ottici di litotrixxia meccanica per calcoli Fr 25,5, composti da: camicia esterna, otturatore standard, camicia interna con canale operativo da Fr 5, elemento ottico operativo;
- N. 2 Cistoscopi flessibili diam. 5,5 mm, canale operativo diam. 2,3 mm, lungh. operativa 280 mm, flessione 210°/120°, campo visivo 100°, completi di pinza da biopsia flessibile Fr 3, pinza da presa Fr 3, basket in nitinol a 4 fili;
- N. 2 Uretero-renoscopi flessibili, estremità distale diam. 2,5/7,5 mm, canale operativo diam. 1,2 mm, lungh. operativa 680 mm, angolo visivo 80°, flessione 275°/275°, completi di pinza da biopsia flessibile Fr 3, pinza da presa Fr 3, basket in nitinol a 4 fili;
- N. 2 Uretero-renoscopi semiflessibili diam. 6,0/7,5 Fr, lungh. operativa 315 mm, canale operativo Fr 4, completi di pinza da biopsia Fr 4, pinza da presa Fr 4, basket a 4 fili Fr 3;
- N. 2 Uretero-renoscopi semiflessibili diam. 8,0/9,8 Fr, lungh. operativa 315 mm, canale operativo Fr 5, completi di pinza da biopsia Fr 5, pinza da presa Fr 5, basket a 4 fili Fr 5;
- N. 4 Sistemi ottici HD2 diam. 4 mm, visione 30°, con raccordo a 90° rotante a 360° sul proprio asse;
- N. 4 Sistemi ottici HD2 diam. 4 mm, visione 0°, con raccordo a 90° rotante a 360° sul proprio asse.



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
Sede legale: Via G. Cusmano, 24 – 90141 PALERMO
C.F. e P. I.V.A.: 05841760829
DIPARTIMENTO RISORSE TECNOLOGICHE,
FINANZIARIE E STRUTTURALI
U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI

N. 2 Set di accessori per cistoscopi rigidi

- Box da 10 gommini in silicone a tenuta stagna;
- Forbicetta smussa, semirigida Fr 5, rotante a 360°, manico in porcellana;
- Forbicetta aguzza, semirigida Fr 5, rotante a 360°, manico in porcellana;
- Pinzetta da biopsia con ago, semirigida Fr 5, rotante a 360°, manico in porcellana;
- Pinzetta da presa Grasping, semirigida Fr 5, rotante a 360°, manico in porcellana;
- Pinzetta da biopsia, semirigida Fr 5, rotante a 360°, manico in porcellana;
- Pinzetta da presa a denti di topo, semirigida Fr 5, rotante a 360°, manico in porcellana;
- Elettrodo bipolare Fr 5 punta a bottone ed elettrodo bipolare Fr 5 punta ad ago retto;
- Elettrodo bipolare Fr 5 punta ad ago angolato;
- Pinza ottica litotritore meccanico rotante, 2 rubinetti Stopcocks, Fr 24;
- Pinza ottica per calcoli, Fr 24, completa di adattatore;
- Cavo monopolare di collegamento elettrodo/unità elettrochirurgica;
- Cavo bipolare di collegamento elemento/unità elettrochirurgica.

